



CTC-JSJL-028D

报告编号: QDH240670008110701

# 检测报告

项目名称 揭阳市晟源美佳环保有限公司  
土壤、地下水环境自行监测

委托单位 揭阳市晟源美佳环保有限公司

检测类别 委托检测

报告日期 2024年11月19日

中国检测试验控股集团青岛京诚有限公司

(加盖检验检测专用章)





委托单位	揭阳市晟源美佳环保有限公司	联系人	蔡冠颖
委托单位地址	揭阳市揭东区玉滘镇东径路尾欧晟电厂东侧	联系电话	13326426102
送检日期	2024-11-07	检测日期	2024-11-07~14
样品名称	地下水	编制日期	2024-11-14
样品编号	S240422001~S240422003		
样品状态描述及类别	地下水	容器材质: 塑料瓶 样品状态: 液体, 有白色漂浮物	
检测结论	仅提供检测数据, 不作结论。		
备注			

姓名: 张绍红      姓名: 董银银      姓名: 陈韦韦

编制人:       审核人:       签发人: 

签发日期: 2024年11月19日



**一、检测结果:**

**(一)、地下水检测结果**

样品编号	客户标识	检测项目	单位	检测结果
S240422001	240749A101	阴离子表面活性剂	mg/L	0.08
S240422002	240749B101	阴离子表面活性剂	mg/L	0.04L
S240422003	240749B101a	阴离子表面活性剂	mg/L	0.04L

**二、 检测方法、依据及使用仪器**

样品类别	检测项目	标准名称	标准代号	仪器设备及编号	检出限
地下水	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法	HJ 826-2017	全自动流动注射分析仪 CTC-YQ-301-01	0.04mg/L

注: 地下水检测结果低于检出限时, 结果报告为使用方法的检出限值, 并加标志位“L”。  
以下空白

\*\*\*\*\***报告结束**\*\*\*\*\*





## 检测报告说明

1. 本报告无骑缝“检验检测专用章”或签发人签字无效。
2. 对报告结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本机构提出。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 若委托人送样，检验检测报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。未经本公司同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 未经本机构批准，不得复制(全文复制除外)报告。
6. 未经本机构同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。
7. 若委托单位提供信息影响检测结果时，由此导致的一切后果与本机构无关。

地址：山东省青岛市黄岛区龙首山路 190 号

邮政编码：266426

电话：0532-80986565

传真：(0532)86107525

网址：<http://www.beijingtest.com>

电子邮箱：[qingdao@beijingtest.com](mailto:qingdao@beijingtest.com)



ctc 国检京诚

ctc 国检京诚

ctc 国检京诚

ctc 国检京诚

ctc 国检京诚

ctc 国检京诚

ctc 国检京诚

ctc 国检京诚

ctc 国检京诚

ctc 国检京诚

ctc 国检京诚

ctc 国检京诚